

LES NØYE OG OPPBEVAR TIL SENERE BRUK. ACUVUE® KONTAKTLINSER ER MEDISINSK UTSTYR OG MÅ ALLTID TILPASSES AV ØYESPESIALIST. FØLG ALLTID ØYESPESIALISTENS ANVISNINGER OG INSTRUKSJONENE I DETTE HEFTET.

Merkenavn	Materiale	Paknings- væske	Brukstid
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	etafilcon A	1	1 dag
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	etafilcon A	3	1 dag
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 dag
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses 4	narafilcon A	2	1 dag
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	etafilcon A	3	1 dag
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	etafilcon A	3	1 dag
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 dag
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses	etafilcon A	3	1 dag

Forklaring: **Pakningsvæske:** 1 Boratbufret saltvann 2 Boratbufret saltvann med metyletercellulose 3 Boratbufret saltvann med povidon. **Materialinnhold:** 4 Linsemateriale inneholder silikon og tilfresstiller klasse 1 UV-absorberende standard med transmisibilitet på mindre enn 1 % UVB-stråling (280–315 nm) og mindre enn 10 % UVA-stråling (315–380 nm). Alle andre ACUVUE®-produkter tilfresstiller klasse 2 UV-absorberende standard med transmisibilitet på mindre enn 5 % UVB- og 50 % UVA-stråling.

Borater (borsyre og natriumborat) er definert som CMR 1B-stoffer i en konsentrasjon på mer enn 0,1 % vekt og er trygget når produktet brukes i henhold til instruksjonene i produktmerkingen.

Ikke alle produktene som er oppført, er nødvendigvis tilgjengelige i landet ditt. Kontroller hvilket produkt som er tilgjengelig i ditt land. www.acuvue.com

1. PRODUKTBESKRIVELSE OG TILTENKT BRUK

Dette heftet gjelder ACUVUE® endagslinser som er ment å brukes i mindre enn 24 timer i våken tilstand. Linsene skal tilpasses av en øyespesialist som bestemmer bruksplanen. Linsene trenger ikke å rengjøres eller desinfiseres og skal kastes når de tas ut.

- Sfæriske ACUVUE® Brand Contact Lenses er beregnet til dagbruk for optisk korrigering av myopi (nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) hos personer med friske øyne med en astigmatisme (skjeve hornhinner) på 1,00 D eller mindre.
- 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® er også ment å forandre/forbedre øyets utseende.
- Endagslinsene ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM er beregnet til dagbruk for optisk korrigering av myopi (nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) hos personer med friske øyne som kan ha astigmatisme (skjeve hornhinner).
- Endagslinsene ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA er beregnet til dagbruk og optisk korrigering av myopi (nærsynthet) og hypermetropi (langsynthet) hos personer med friske øyne som har 0,75 D eller mindre i astigmatisme (skjeve hornhinner).

IKKE BRUK LINSENE MENS DU SOVER.

Alle ACUVUE® endagslinser har UV-blokkering som bidrar til å beskytte mot transmisjon av skadelig UV-stråling i hornhinnen og inn i øyet.

ADVARSEL: UV-ABSORBERENDE KONTAKTLINSER erstatter ikke beskyttende UV-absorberende briller eller solbriller fordi de ikke dekker hele øyet og området rundt. Du burde fortsette å bruke UV-absorberende briller som anbefalt.

MERK: Langvarig eksponering for UV-stråling er en av risikofaktorene forbundet med grå stær. Eksponeringen er basert på en rekke faktorer, f.eks. miljøforhold (høyde over havet, geografisk plassering, skydekke) og personlige forhold (omfanget og typen av utendørsaktiviteter). Kontaktlinser med UV-blokkering hjelper til å beskytte mot skadelig UV-stråling. Det er imidlertid ikke utført kliniske studier for å demonstrere at bruk av kontaktlinser med UV-blokkering reduserer risikoen for å utvikle grå stær eller andre øyesykdommer. Kontakt din øyespesialist for å få mer informasjon.

2. KONTRAIKASJONER (når linsene ikke skal brukes)

Når du bruker kontaktlinser for REFRAKTIV AMETROPI, skal du **IKKE BRUKE** disse linsene når du har en eller flere av følgende tilstander:

- Inflammasjon eller infeksjon i eller rundt øyet eller øyelokkene
- En øyesykdom, skade eller tilstand som påvirker hornhinnen, konjunktiva eller øyelokkene
- En tidligere diagnostisert tilstand som gjør kontaktlinsebruk ukomfortabelt
- Alvorlig tørt øye
- Redusert korneal sensitivitet (korneal hypoestesi)
- En systemisk sykdom som kan påvirke øyet eller kan forverres ved bruk av kontaktlinser
- Allergiske reaksjoner på overflaten av øyet eller omkringliggende vev som kan induiseres eller forverres ved bruk av kontaktlinser eller av kontaktlinsevæsker
- En aktiv øyeinfeksjon (bakterie, sopp, protozo eller virus)
- Hvis øynene blir røde eller irriterte
- Irritasjon av øyet forårsaket av allergiske reaksjoner mot innholdsstoffer i kontaktlinsevæsker (dvs. fuktedråper). Disse væskene kan inneholde kjemiske stoffer eller konserveringsmidler (f.eks. kvikksølv, Timersal, osv.) som noen personer kan utvikle en allergisk reaksjon mot

3. ADVARSLER – hva du bør vite om bruk av kontaktlinser:

ØYEPROBLEMER, INKLUDERT SÅR PÅ HORNHINNEN (ulcerøs keratitt), KAN UTVIKLE SEG RASKT OG FØRE TIL SYNSTAP. HVIS DU OPPLEVER EN ELLER FLERE AV FØLGENDE SYMPTOMER:

- Øyeubehag
- Synstap
- Unødig tåredannelse
- Øyerødhet
- Synsdringering

BØR DU UMIDDELbart FJERNE LINSENE OG SNAREST KONTAKTE ØYESPESIALIST.

- Disse linsene er skrevet ut for dagbruk og engangsbruk. Studier har vist at bruk av myke endagslinser reduserer risikoen av visse komplikasjoner inklusive ubehag og betennelse som er assosiert med linsebehandling og -håndtering, og gjenbruk kan øke risikoen for disse problemene.

- Endagslinser som skrives ut for dagbruk, skal ikke brukes mens du sover. Kliniske studier har vist at risikoen for alvorlige øye problemer (f.eks. ulcerøs keratitt) øker når linser brukes over natten.¹
- Studier har vist at kontaktlinsebrukere som røyker, oftere opplever øye problemer (ulcerøs keratitt) enn ikke-røykere.
- Problemer med kontaktlinser eller kontaktlinseprodukter kan føre til alvorlig øyeskade.
- Riktig bruk og vedlikehold av kontaktlinser og kontaktlinseprodukter er helt avgjørende for at disse produktene skal være trygge å bruke.
- Risikoen for alvorlige øye problemer (f.eks. ulcerøs keratitt) kan reduseres ved å følge linsens retningslinjer for bruk og kassering nøy.
- Ikke utsett kontaktlinser for vann** mens du bruker dem. Vann kan inneholde mikroorganismer som kan føre til alvorlig infeksjon, synstap eller blindhet. Hvis linsene har blitt utsatt for vann under deltakelse i vannsport eller svømming i bassenger, badekar, innsjøer eller hav, skal du kaste dem og erstatte dem med et nytt par. Spør øyespesialisten om anbefalinger rundt bruk av linser under samtlige aktiviteter som omfatter vann.

¹ New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. FORSIKTIGHETSREGLER

- IKKE** bruk linsen hvis den sterile blisterpakningen er åpnet eller skadet, eller hvis utløpsdatoen er passert.
- Når du først får linsene, må du være sikker på at du kan sette på og fjerne dem (eller ha noen andre tilgjengelig som kan fjerne dem for deg) før du forlater ØYESPESIALISTENS kontor.
- ALDRI** bruk pinsett eller annet verktøy til å ta linsene ut av linsebeholderen.
- Husk alltid å starte med samme øye.
- Vær alltid sikker på at linsen er i øyet, og at du ser godt for du begynner å fjerne dem.

Generelle forsiktighetsregler:

- Siden det deltar få pasienter i kliniske undersøkelser av linser, er ikke alle refraktive styrker, designkonfigurasjoner linseparametere i linsematerialet evaluert i betydelig antall. Ved valg av egnet linsedesign og parametere må øyespesialisten derfor ta hensyn til alle linseegenskaper som kan påvirke linseytelse og okulær helse, herunder oksygenpermeabilitet, fukteevne, sentral og perifer trykkløse og optisk sonediameter.
- Den potensielle effekten av disse faktorene på pasientens okulære helse bør vurderes nøyte mot pasientens behov for refraktiv korrigering. Pasientens kontinuerlige okulære helse og linseytelsen på øyet må derfor følges grundig opp av foreskrivende øyespesialist.
- Hvis du bruker kontaktlinse for å korrigere presbyopi ved hjelp av monosyn eller multifokal korrigering, får du **kanskje ikke** den best korrigerte synsskarpheiten for verken fjern- eller nærsyn. Visuelle behov varierer fra person til person, så du og øyespesialisten bør samarbeide om å velge den mest egnede linsetypen for deg.
- Øyespesialister må be pasienten fjerne linser umiddelbart hvis øynene blir røde eller irritert.
- Ta alltid** kontakt med øyespesialist før du bruker eventuelle medisiner i øynene.
- Vær oppmerksom på** at visse legemidler, f.eks. antihistaminer, avsvellende, vanndrivende, muskelavslappende og beroligende midler og midler mot reisesyke, kan gi tørre øyne, ubehag pga. linsen (du føler linsen i øyet) eller tåkesyn. Informer alltid øyespesialisten hvis du opplever problemer med linsene mens du tar slike legemidler.
- Vær oppmerksom på** at hvis du bruker orale prevensjonsmidler (prevensjonspiller), kan du utvikle endringer i syn eller komfort når du bruker kontaktlinser.
- Ikke** endre linsetype (f.eks. merke osv.) eller parametere (f.eks. diameter, krumning, styrke osv.) uten å konsultere øyespesialisten.
- Alltid** ha et funksjonelt par briller med en gjeldende resept tilgjengelig for bruk hvis du plutselig ikke kan bruke kontaktlinse, eller under omstendigheter hvor kontaktlinsebruk ikke er tilrådet.
- Som med alle kontaktlinser er oppfølgingsbesøk nødvendig for å ivareta øyets fortsatte helse. Spør øyespesialisten om den anbefalte oppfølgingsplanen.

5. BIVIRKNINGER – Mulige problemer og løsninger

Vær oppmerksom på at det kan forekomme problemer mens du bruker kontaktlinser, og disse kan være knyttet til følgende symptomer:

- Svie, prikking, kløe og/eller tørre øyne
- Redusert linsefølelse eller en følelse av noe på øyet
- Hevelse eller betennelse i eller rundt øynene
- Øyerødhet
- Øyelokkproblemer
- Fuktige øyne og/eller uvanlige øyetsondringer
- Dårlig syn eller tåkesyn
- Regnbuer eller lysringer rundt gjenstander
- Lyssensitivitet (fotofobi)
- Det kan oppstå enkelte midlertidige skader som følge av perifere infiltrater, perifere hornhinner og hornhinneerosjoner. Det kan muligens forekomme andre fysiologiske observasjoner, slik som lokale eller generelle ødem, karinnvekst i hornhinnen, farging av hornhinnen, injeksjon, tarsale abnormaliteter, iritt og konjunktivitt, hvorav noe av dette er klinisk akseptabelt i mindre omfang.

Når noen av symptomene over oppstår, kan det foreligge en alvorlig øyesykdom. **DU BØR ØYEBLIKKElig FJERNE LINSEN** og ta kontakt med øyespesialisten, slik at problemet kan bli diagnostisert og behandlet, om nødvendig, for å unngå alvorlig øyeskade.

Oppdage og håndtere problemer

Du bør utføre en enkel 3-delt egenundersøkelse minst en gang om dagen. Still deg selv følgende spørsmål:

- Hvordan føles linsene på øynene?
- Hvordan ser øynene mine ut?
- Har jeg merket en endring i synet?

Hvis du opplever problemer, må du STRAKS TA UT LINSEN. Hvis problemet eller ubehaget gir seg, kaster du linsen og setter inn en ny linse. Hvis problemet fortsetter etter at den nye linsen er påført, MÅ DU STRAKS TA DEN UT OG KONTAKTE ØYESPESIALISTEN.

BRUKSANVISNING

Når du først får linsene, må du være sikker på at du kan sette på og fjerne dem (eller ha noen andre tilgjengelig som kan fjerne dem for deg) før du forlater øyespesialistens kontor.

IKKE bruk linsen hvis den sterile blisterpakningen er åpnet eller skadet, eller hvis utløpsdatoen er passert.

Trinn 1: Startveiledning

Det er viktig at du lærer og har god hygiene ved vedlikehold og håndtering av de nye linsene. Renslighet er det viktigste aspektet ved riktig håndtering og stell av kontaktlinser. Særlig skal hendene være rene, tørre og fri for eventuelle såper, lotioner eller kremer før du håndterer linsene.

Før du starter:

- Før du berører linsene, må du alltid** vaske hendene grundig med varmt vann og en mild såpe, deretter skylle dem godt og tørke dem med et håndkle som ikke loer.
- Du bør unngå å bruke såper som inneholder kuldekremer, lotion eller kosmetikk, før du håndterer linsene. Disse stoffene kan komme i kontakt med linsene og påvirke vellykket bruk. Linsene bør settes inn før du legger sminke.

Trinn 2: Åpne forpakningen

Kontroller alltid at linseparametere (f.eks. diameter (DIA), krumning (BC), linsestyrke (D), osv.) som står trykt på multiforpakningen, matcher din linseforskrivning. **IKKE BRUK** hvis det er en mismatch

Multiforpakning

Hver multiforpakning inneholder individuelt pakkede linser. Hver linse er pakket individuelt i en folieforseglet plastpakning som sikrer at de er sterile.

Linsepakning

Slik åpner du en individuell kontaktlinsepakning:

1. Rist linsepakningen og kontroller for å se at linsen flyter i løsningen.
2. Riv forsiktig av folielukkingen for å vise linsen.
3. Plasser én finger på linsen og skyv linsen opp langs siden på skålen i linsepakningen til den er ute av beholderen. Noen ganger kan linsen klebe seg til innsiden av folien ved åpning, eller til selve plastpakningen. Til tross for dette er linsen fremdeles steril. Den er fortsatt helt trygg å bruke. Fjern forsiktig og inspiser linsen ifølge håndteringsanvisningene.

Linsehåndteringstips

- Hånder linsen med fingertuppene, og unngå kontakt med neglene. Neglene bør være korte og jevne.
- Når du har fjernet linsen fra forpakningen, må du kontrollere at den ikke har hakk eller er skadet på annen måte. Hvis linsen ser skadet ut, må du IKKE bruke den.

Trinn 3: Plassering av linsen på øyet

Straks du har åpnet linsepakningen og undersøkt linsen, følger du disse trinnene for å påføre linsen på øyet:

1. **KONTROLLER AT LINSEN ER RIKTIG VEI** ved å følge én av følgende prosedyrer:
 - Plasser linsen på toppen av pekefingeren, og kontroller profilen. Linsen skal ha en naturlig, krum form som en bolle. Hvis kanten av linsen har en tendens til å peke utover, er linsen feil vei (innsiden ut).
 - Press linsen forsiktig mellom tommelen og pekefingeren. Kantene skal vende innover. Hvis linsen er feil vei, vil kantene vende litt utover.
 - Plasser linsen på toppen av pekefingeren, og finn tallene 1-2-3 idet du ser opp på linsen. Tallene 1-2-3 betyr riktig vei, mens 1-2-3 baklengs betyr at linsen er feil vei. Hvis linsen er feil vei (1-2-3 baklengs), snur du linsen og finner tallene igjen for å bekrefte at linsen er vendt riktig vei. Legg merke til at 1-2-3-merkingen ikke finnes på alle ACUVUE®-linser.
2. Ha linsen på pekefingeren og bruk den andre hånden til å holde det øvre øyelokket så du ikke blunker.
3. Trekk ned det nedre øyelokket med de andre fingrene på "påføringshånden".
4. Se opp mot taket og plasser forsiktig linsen på det hvite i den nedre delen av øyet.
5. Slipp øyelokket langsomt, og lukk øyet et øyeblikk.
6. Blunk flere ganger for å sentrere linsen.
7. Bruk den samme teknikken når du setter inn linsen på det andre øyet.

Det er også andre måter å sette inn linsen på. Hvis du synes metoden over er vanskelig, kan din øyespesialist vise deg en alternativ måte.

Trinn 4: Sentrering av linsen

En linse, som er på hornhinnen (klar kuppel foran på øyet), vil svært sjelden flytte seg til den hvite delen av øyet under bruk. Dette kan imidlertid skje hvis den ikke settes inn og tas ut på riktig måte. Linsen kan sentreres ved hjelp av en av disse metodene:

- Lukk øyelokkene og masser linsen forsiktig på plass gjennom de lukkede øyelokkene.
ELLER
- Skyv den desentrerte linsen forsiktig mot hornhinnen (midten av øyet) mens øyet er åpent, ved å trykke en finger på kanten av det øvre eller nedre øyelokket.

Kosmetiske linser og visuelle symptomer

Kosmetisk fargede kontaktlinser kan ha mindre lysgjennomtrengning enn ikke-kosmetiske linser. Du kan derfor oppleve noen visuelle symptomer mens du bruker dem (dvs. se linsemønstret i sidesynet).

Farlige tilstander

- Hvis du bruker aerosolprodukt (spray), f.eks. hårspray, mens du bruker linser, må du holde øynene lukket til sprayen har lagt seg.
- **Unngå** all skadelig eller irriterende damp og røyk mens du bruker linser.
- **Aldri** skylle linsene i vann fra springen. Springvann kan inneholde en rekke urenheter som kan forurense eller skade linsene og føre til øyeinfeksjon eller skade.

Vannaktiviteter

- Ikke eksponer kontaktlinser for vann mens du bruker dem.

Smøre-/fuktelsninger

- Øyespesialisten kan anbefale en smøre-/fuktelsning for ditt behov. Disse løsningene kan brukes til å fukte (smøre) linsene mens du bruker dem.
- **Ikke** bruk spytt eller noe annet enn anbefalte løsninger for smøring og fukting av linsene dine. Ikke putt linsene i munnen.

Dele linser

- **Du må aldri** la noen andre bruke dine linser. Å utveksle linser øker risikoen for øyeinfeksjoner betraktelig.

Følg de foreskrevne planene for bruk og bytte

- **Aldri** bruk linsene utover tidsperioden anbefalt av øyespesialisten.
- **Kast alltid** linsene som anbefalt av øyespesialisten.
- Alt ubrukt produkt og avfallsmateriale skal kastes i overensstemmelse med lokale krav.

UTTAK AV LINSENE

FORSIKTIG: Du må alltid kontrollere at linsen er på hornhinnen (klar kuppel foran på øyet) før du prøver å fjerne den. Avgjør dette ved å dekke det andre øyet. Hvis synet er uklart, sitter linsen enten på den hvite delen av øyet eller et annet sted. For å finne linsen undersøker du den øvre delen av øyet ved å se i et speil mens du trekker opp det øvre øyelokket. Deretter undersøker du den nedre delen ved å trekke ned det nedre øyelokket.

Vask, skylle og tørk hendene grundig. Du bør følge metoden som anbefales av øyespesialisten. Nedenfor er et eksempel på én metode:

Klemmemetoden:

Trinn 1. Se opp, skyv linsen til den nedre delen av øyet med pekefingeren.

Trinn 2. Klem linsen forsiktig mellom tommelen og pekefingeren.

Trinn 3. Fjern linsen.

MERK: Det er viktig for øyehelsen at linsen kan bevege seg på øyet. Hvis linsen kleber (ikke beveger seg) på øyet, må du påføre noen dråper av den anbefalte fuktelsningen. Vent til linsen begynner å bevege seg fritt på øyet igjen før du fjerner den. Hvis linsen fortsatt sitter fast, bør du umiddelbart rådføre deg med en øyespesialist.

NØDSITUASJONER: Hvis kjemiske stoffer av hvilken som helst art (husholdningsprodukter, hageløsninger, laboratoriekjemikalier osv.) kommer i øynene: SKYLL ØYNENE UMIDDELBART MED SPRINGVANN OG KONTAKT ØYESPESIALIST ELLER OPPSØK LEGEVAKTEN DIREKTE.

6. RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER

Eventuelle bivirkninger av bruken av ACUVUE® Brand Contact Lenses må rapporteres til produsenten og/eller dens autoriserte representant og/eller til nasjonale myndigheter.

Produsert av:



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA

IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Se esken for opprinnelsesland. Hele adressen er oppført over.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Revisionsdato: 06/2021
Følgende symboler kan vises på etiketter eller emballasje.

Symbol	Definisjon
	Forsiktig, se bruksanvisningen
	Produsent
	Produksjonsdato
	Brukes innen (utløpsdato)
	Lotnummer
	Sterilisert med damp eller tørr varme
	Ikke bruk flere ganger (engangsbruk)
	Ikke bruk hvis emballasjen er skadet
	Avgift for avfallshåndtering betalt
	Medisinsk utstyr i Den europeiske union
	Angir et enkelt sterilt barriersystem
	FORSIKTIG: I henhold til føderal lov i USA skal dette produktet kun selges av, eller etter ordinasjon fra, en autorisert øyespesialist.
	UV-blokkering
	Autorisert representant i Den europeiske union
	CE-merke og identifikasjonsnummer til teknisk kontrollorgan
	Diameter
	Krumning
	Dioptri (linsestyrke)
	Sylinderstyrke
	Akse
	Høyeste nær-addisjon som kan korrigeres
	"Lav" nær ADD
	"Middels" nær ADD
	"Høy" nær ADD
	NATURAL SHIMMER™
	NATURAL SPARKLE™
	NATURAL SHINE™
	Linsen riktig vei
	Linsen feil vei (innsiden ut)
	"ID-merke" for papirbeholdere og emballasje
	"ID-merke" for komposittmateriale
	Åpne emballasjen (esken)
	Inneholder farlige stoffer
	Importør

LÆS DISSE OPLYSNINGER GRUNDIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG REFERENCE. ACUVUE® KONTAKTLINSER ER MEDICINSKE ENHEDER OG SKAL ALTID TILPASSES AF EN ØJENSPECIALIST. FØLG ALTID DIN ØJENSPECIALISTS ANVISNINGER OG INSTRUKTIONERNE I DENNE FOLDER.

Mærkenavn	Materiale	Opbevaringsopløsning	Anvendelsesplan
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	etafilcon A	1	1 dag
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	etafilcon A	3	1 dag
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 dag
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses 4	narafilcon A	2	1 dag
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	etafilcon A	3	1 dag
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	etafilcon A	3	1 dag
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 dag
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses	etafilcon A	3	1 dag

Øversigt: **Opbevaringsopløsning:** 1 Boratbuffer saltopløsning 2 Boratbuffer saltopløsning med methyl-ether-cellulose 3 Borat buffersaltopløsning med povidon.

Materialeindhold: 4 Linsematerialet indeholder silikone og opfylder klasse 1-standarder for UV-absorption med transmissibilitet på mindre end 1 % UVB-stråling (280-315 nm) og mindre end 10 % UVA-stråling (315-380 nm). Alle andre ACUVUE®-produkter opfylder klasse 2-standarder for UV-absorption med transmissibilitet på mindre end 5 % UVB- og 50 % UVA-stråling.

Borater (borsyre og natriumborat) defineres som CMR 1B-stoffer i en koncentration på over 0,1 % vægtprocent og er sikkert, når produktet anvendes i henhold til instruktionerne på etiketten.

Det er muligt, at ikke alle produkter på listen er tilgængelige i dit land. Kontrollér, hvilket produkt der tilgængeligt i dit land. www.acuvue.com

1. PRODUKTBESKRIVELSE OG TILSIGTET BRUG

Denne folder henviser til ACUVUE® endagskontaktlinser, som er beregnet til at blive brugt i mindre end 24 timer, mens man er vågen. Din øjenspecialist skal ordinere linserne og fastlægge din anvendelsesplan. Dine linser behøver ikke rengøring eller desinfektion, og de skal kasseres, når de tages ud.

- Sfæriske ACUVUE® Brand Contact Lenses er beregnet til daglig brug til optisk korrektion af myopi (nærsynethed) og hyperopi (langsynethed) hos personer med raske øjne, som kan have astigmatisme (bygningsej) på 1,00 D eller mindre.
- 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® er også beregnet til at ændre/forbedre øjets seende.
- ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM er beregnet til daglig brug til optisk korrektion af myopi (nærsynethed) og hyperopi (langsynethed) hos personer med raske øjne, som kan have astigmatisme (bygningsej).
- ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA er beregnet til daglig brug til optisk korrektion af myopi (nærsynethed) og hyperopi (langsynethed) hos presbyopiske personer med raske øjne, som har astigmatisme på 0,75 D eller mindre.

DU MÅ IKKE HAVE KONTAKTLINSENER PÅ, MENS DU SOVER.

Alle ACUVUE® endagskontaktlinser indeholder UV-blokering for at hjælpe med at give beskyttelse mod skadelige UV-stråler på hornhinden og ind i øjet.

ADVARSEL: UV-ABSORBERENDE KONTAKTLINSE ER ERSTATTER IKKE UV-ABSORBERENDE BRILLER SÅSOM UV-ABSORBERENDE BESKYTTELSESRILLER ELLER SOLBRILLER, DA DE IKKE DÆKKER HELE ØJET OG OMRÅDET OMKRING ØJENNE. DU SKAL STADIG BRUGE UV-ABSORBERENDE BRILLER SOM ANVIST.

BEMÆRK: Længere tids udsættelse for UV-stråling er en af de risikofaktorer, der er knyttet til katarakt (grå stær). Udsættelsen er baseret på en række faktorer såsom miljømæssige betingelser (højde, geografi, skydække) og personlige faktorer (omfang og type af udendørs aktiviteter). Kontaktlinser med UV-blokering hjælper med til at beskytte mod skadelig UV-stråling. Der er imidlertid ikke foretaget kliniske undersøgelser for at påvise, at brugen af kontaktlinser med UV-blokering nedsætter risikoen for at udvikle katarakt (grå stær) eller andre øjensygdomme. Kontakt din øjenspecialist for at få flere oplysninger.

2. KONTRAIKATIONER (hvornår de ikke må bruges)

Når du bruger kontaktlinser ved REFRAKTIV AMETROPI, MÅ DU IKKE BRUGE disse linser ved nogen af følgende lidelser:

- Inflammation eller infektion i eller omkring øjne eller øjenlåg
- Ved hvilken som helst øjensygdom, -skade eller -abnormitet, som påvirker hornhinden, bindehinden eller øjenlåget
- En tidligere diagnosticeret sygdom, som gør kontaktlinsebrug ukomfortabel
- Meget tørre øjne
- Nedsat følsomhed af hornhinden (corneal hypæstesi)
- Alle systemiske sygdomme, som kan påvirke øjet eller blive forværret ved brug af kontaktlinser
- Allergiske reaktioner på øjets overflade eller det omgivende væv, som kan opstå eller blive forværret ved brug af kontaktlinser eller kontaktlinsevæsker
- Aktive øjeninfektioner (bakterie-, svampe-, protozo- eller virusinfektion)
- Hvis dine øjne bliver røde eller irriterede
- Irritation i øjet forårsaget af allergiske reaktioner på ingredienser i kontaktlinsevæsker (dvs. genfugtningssdråber). Disse væsker kan indeholde kemikalier eller konserveringsmidler (såsom kviksølv, Thimerosal osv.), som nogle mennesker kan udvikle allergiske reaktioner på

3. ADVARSLER – dette bør du vide om brugen af kontaktlinser:

ØJENPROBLEMER, HERUNDER SÅR PÅ HORNHINDEN (ulcerativ keratitis), KAN UDVIKLE SIG HURTIGT OG MEDFØRE NEDSAT SYN. HVIS DU OPLEVER NOGLE AF FØLGENDE SYMPTOMER:

- Ubehag i øjnene
- Nedsat syn
- Synsforandringer
- Kraftigt tåreflåd
- Røde øjne

SKAL DU OMGÅENDE TAGE LINSENER UD OG STRAKS KONTAKTE DIN ØJENSPECIALIST.

- Disse linser er ordineret til daglig brug og er til engangsbrug. Undersøgelser har vist, at bløde endagskontaktlinser kan mindske risikoen for visse komplikationer, herunder ubehag og inflammation, som er forbundet med linsepleje og håndtering, og at genbrug kan udsætte dig for større risiko for disse problemer.

- Linser, som er ordineret til endagsbrug, må ikke bruges, mens du sover. Kliniske forsøg har vist, at risikoen for alvorlige øjenproblemer (dvs. ulcerativ keratitis) øges, når linser bruges om natten.¹
- Undersøgelser har vist, at kontaktlinsebrugere, som ryger, har større forekomst af øjenproblemer (ulcerativ keratitis) end ikke-rygere.
- Problemer med kontaktlinser eller linseplejeprodukter kan medføre alvorlig skade på dit øje.
- Korrekt anvendelse og pleje af dine kontaktlinser og linseplejeprodukter er vigtig for en sikker anvendelse af disse produkter.
- Den samlede risiko for alvorlige øjenproblemer (dvs. ulcerativ keratitis) kan mindskes ved nøje at følge vejledningen for brug og bortskaffelse af linser.
- **Udlad** på udsætte kontaktlinser for **vand**, mens du har dem i øjnene. Vand kan indeholde mikroorganismer, som kan medføre alvorlig infektion, nedsat synsevne eller blindhed. Hvis dine linser har været nedsænket i vand, mens du har udført vandsport eller opholdt dig i svømmebassiner, boblebad, søer eller havet, skal du kassere dem og udskifte dem med et nyt par. Bed din øjenspecialist om anbefalinger angående brug af dine linser under alle aktiviteter, som involverer vand.

¹ New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783

4. FORHOLDSREGLER

- **MÅ IKKE** bruges, hvis den sterile blisterpakke er åbnet eller beskadiget, eller udløbsdatoen er overskredet.
- Når du først modtager dine linser, skal du sørge for, at du er i stand til at sætte linserne i og fjerne dem igen (eller har en anden person til rådighed, som kan fjerne linserne for dig), inden du forlader ØJENSPECIALISTEN.
- **Brug ALDRIG** pincet eller andre redskaber til at tage linserne ud af linsebeholderen.
- Husk altid at starte med det samme øje.
- Vær altid sikker på, at linsen er i dit øje, og at du ser klart, før du begynder at fjerne linsen.

Generelle forholdsregler:

- På grund af det lille antal patienter, der deltager i kliniske undersøgelser af linser, er alle refraktive styrker, designkonfigurationer eller linseparametre, som er tilgængelige i linsematerialet, ikke evalueret i signifikante antal. Når øjenspecialisten vælger et passende linsedesign og -parametre, skal vedkommende derfor tage hensyn til alle linsens karakteristika, som påvirker linsens ydeevne og øjenes helbred, herunder iltingnemtrængelighed, fugteevne, central og perifer tykkelse, samt diameteren af det optiske område.
- Den potentielle betydning af disse faktorer for patientens øjenhelbred skal afvejes nøje i forhold til patientens behov for refraktiv korrektion, derfor skal patientens fortsatte øjenhelbred og linsens ydeevne på øjnene overvåges nøje af den ordinerende øjenspecialist.
- Hvis du bruger kontaktlinser til at korrigere presbyopi ved hjælp af monovisionskorrektion eller multifokal korrektion, vil du **muligvis ikke** kunne få den bedste korrigerede visuelle skarpthed for enten lang- eller nærsyn. Visuelle behov er forskellige fra person til person, så din øjenspecialist bør arbejde sammen med dig, når I vælger den bedste type linse til dig.
- Øjenspecialisten skal instruere patienter i at fjerne linserne med det samme, hvis øjnene bliver røde eller irriterede.
- **Kontakt altid** din øjenspecialist, inden du bruger medicin i dine øjne.
- **Vær opmærksom på**, at visse lægemidler, f.eks. antihistaminer, midler mod forstoppelse, vanddrivende midler, muskelafslappende midler, beroligende midler og lægemidler mod køresyge, kan forårsage tørre øjne, øget bevidsthed om linserne (at man kan mærke linsen i øjet) eller sløret syn. Oplys altid din øjenspecialist om det, hvis du oplever problemer med dine linser, mens du tager sådanne lægemidler.
- **Vær opmærksom på**, at du, hvis du bruger oral prævention (p-piller), kan udvikle ændringer i dit syn eller komforten, når du bruger kontaktlinser.
- **Skift ikke** din linsetype (f.eks. varemærke osv.) eller parametre (f.eks. diameter, basiskurve, linsestyrke osv.) uden at konsultere din øjenspecialist.
- **Hav altid** et funktionelt par briller med din aktuelle styrke til rådighed, hvis du bliver ude af stand til at bruge kontaktlinser, eller under omstændigheder, hvor brug af kontaktlinser ikke tilrådes.
- Som med alle kontaktlinser er opfølgende besøg nødvendige, for at sikre dine øjnes fortsatte helbred. Spørg din øjenspecialist angående den anbefalede opfølgingsplan.

5. BIVIRKNINGER – mulige problemer, og hvad man skal gøre

Vær opmærksom på, at der kan opstå problemer, når du bruger kontaktlinser, og de kan være forbundet med følgende symptomer:

- Brændende, sviende, kløende og/eller tørre øjne
- Nedsat linsekomfort eller følelse af at have fået noget i øjet
- Hævelse eller inflammation i eller omkring øjnene
- Røde øjne
- Problemer med øjenlågene
- Øjne løber i vand og/eller usædvanlige øjensekretioner
- Ringe eller sløret syn
- Regnbuer eller koronar omkring genstande
- Lyfsølsomhed (fotofobi)
- Der kan være risiko for en midlertidig nedsat funktion på grund af perifere infiltrater, perifere sår på hornhinden samt hornhindeerosion. Der kan observeres andre fysiologiske fænomener, f.eks. lokalt eller generelt ødem, neovaskularisering af hornhinden, misfarvning af hornhinden, injektion, tarsale abnormiteter, iritis og konjunktivitis, hvoraf nogle er klinisk acceptable i små mængder.

Når nogle af ovenstående symptomer opstår, kan det skyldes en alvorlig øjensygdom. **DU SKAL OMGÅENDE TAGE LINSENER UD** og straks tilses af din øjenspecialist, så problemet kan identificeres og behandles, hvis det er nødvendigt, for at undgå alvorlig øjenskade.

Genkendelse af problemer, og hvad man skal gøre

- Du bør udføre en simpel selvundersøgelse i tre dele, mindst én gang om dagen. Spørg dig selv:
- Hvordan føles linserne på mine øjne?
 - Hvordan ser mine øjne ud?
 - Har jeg bemærket en ændring i mit syn?

Hvis du oplever problemer, skal du **OMGÅENDE TAGE DINE LINSENER UD**. Hvis problemet eller ubehaget stopper, skal du smide linsen ud og sætte en ny, frisk linse i øjet. Hvis problemet fortsætter efter indsættelse af den nye linse, skal du **OMGÅENDE FJERNE LINSEN OG KONTAKTE DIN ØJENSPECIALIST**.

BRUGSANVISNING

Når du først modtager dine linser, skal du sørge for, at du er i stand til at sætte linserne i og fjerne dem igen (eller har en anden person til rådighed, som kan fjerne linserne for dig), inden du forlader øjenspecialisten.

MÅ IKKE bruges, hvis den sterile blisterpakke er åbnet eller beskadiget, eller udløbsdatoen er overskredet.

Trin 1: Kom godt i gang

Det er vigtigt, at du lærer og anvender god hygiejne, når du plejer og håndterer dine nye linser. Renlighed er det første og vigtigste aspekt i forbindelse med korrekt kontaktlinsepleje. Især er det vigtigt, at dine hænder er rene, tørre og fri for sæbe, lotion eller creme, inden du håndterer dine linser. Før du starter:

- **Vask altid** dine hænder grundigt med varmt vand og en mild sæbe, skyl dem nøje og tør dem med et rent, fugtfrigt håndklæde, inden du rører ved linserne.
- Undgå at bruge sæber med kold creme, lotion eller kosmetik, inden du håndterer dine linser. Disse stoffer kan komme i kontakt med linserne og forhindre vellykket anvendelse. Det er bedst at sætte linserne i, inden du tager make-up på.

Trin 2: Åbning af pakken

Undersøg altid linsens parametre (dvs. diameter (DIA), basiskurve (BC), linsestyrke (D) osv.), som er trykt på æsken med linser og på den enkelte linsepakke, for at sikre, at de er tilpasset dig. BRUG DEM IKKE, hvis de ikke er korrekte.

Multipack

Hver multipack indeholder individuelt pakke linser. Hver linse leveres i sin egen folieforseglede plastikpakning, der er specifikt designet til at bevare steriliteten.

Linsepakke

Følg disse enkle trin for at åbne en individuel linsepakke:

1. Ryst linsepakken, og kontrollér, at linsen flyder i væsken.
2. Træk forsigtigt folielukningen tilbage for at åbne ind til linserne.
3. Anbring en finger på linsen, og skub linsen op langs siden på linsepakkens skål, indtil den er fri af beholderen. Af og til kan en linse sidde fast på indersiden af folien, når den åbnes, eller på selve plastikpakken. Dette påvirker ikke linsens sterilitet. Den er stadig helt sikker at bruge. Tag forsigtigt linsen ud, og undersøg den som angivet i håndteringsanvisningerne.

Tips til linsehåndtering

- Håndtér dine linser med fingerspidserne, og vær forsigtig med ikke at ramme dem med neglene. Det kan være en hjælp at holde neglene korte og afrundede.
- Når du har taget linsen ud af pakken, skal du undersøge den for at sikre, at der kun er én linse, som er fugtig og ren, og som ikke har hakker eller rifter. Hvis linsen ser beskadiget ud, må du IKKE bruge den.

Trin 3: Sådan anbringes linsen på øjet

Når du har åbnet linsepakken og undersøgt linsen, skal du følge disse trin for at anbringe linsen på øjet:

1. SØRG FOR, AT LINSEN IKKE HAR INDERSIDEN UDAD, ved at følge en af følgende procedurer:
 - Anbring linsen på spidsen af din pegefingre, og kontrollér dens profil. Linsen skal have en naturlig, buet, skållignende form. Hvis linsens kanter vender en smule udad, vender linsen med indersiden udad.
 - Knib forsigtigt linsen mellem din tommel- og pegefingre. Så bør kanterne vende sig indad. Hvis linsen har indersiden udad, vil kanterne vende en smule udad.
 - Anbring linsen på spidsen af din pegefingre, og find tallene 1-2-3, mens du kigger op på linsen. 1-2-3 angiver, at linsen vender korrekt, mens 1-2-3 spejlvendt angiver, at linsen har indersiden udad. Hvis linsen har indersiden udad (spejlvendt 1-2-3), skal du vende linsen og finde tallene igen for at bekræfte, at linsen vender korrekt. Bemærk, at markeringen med 1-2-3 ikke er til stede på alle linser fra ACUVUE®.
2. Mens linsen ligger på din pegefingre, skal du bruge den anden hånd til at holde dit øvre øjenlåg, så du ikke blinker.
3. Træk ned i dit nedre øjenlåg med de andre fingre på den hånd, der skal indsætte linsen.
4. Kig op mod loftet, og anbring forsigtigt linsen på den hvide nederste del af øjet.
5. Giv langsomt slip på øjenlåget, og luk dit øje i et øjeblik.
6. Blink nogle gange for at centrere linsen.
7. Brug den samme teknik, når du sætter linsen i det andet øje.

Der findes andre metoder til placering af linser. Hvis du har svært ved ovenstående metode, kan du bede din øjenspecialist om en alternativ metode.

Trin 4: Centrering af linsen

En linse, som sidder på hornhinden (den gennemsigtige kuppel foran på øjet), vil sjældent bevæge sig ud på den hvide del af øjet under brug. Det kan dog ske, hvis indsættelse og fjernelse ikke foretages korrekt. Følg én af disse procedurer, hvis du vil centrere en linse:

- Luk øjenlåget, og foretag en forsigtig massage på linsen gennem det lukkede øjenlåg.
ELLER
- Flyt forsigtigt den ucentrerede linse til hornhinden (midten af øjet), mens øjet er åbent, ved hjælp af tryk med en ren finger på kanten af det øverste eller nederste øjenlåg.

Kosmetiske linser og visuelle symptomer

Kosmetisk farvede kontaktlinser kan lukke mindre lys igennem end ikke-kosmetiske linser. Derfor kan du muligvis opleve nogle visuelle symptomer, mens du har dem i (f.eks. se linsernes mønster i dit perifere synsfelt).

Farlige forhold

- Hvis du bruger aerosolprodukter (spray), såsom hårspray, mens du har linserne i, skal du holde øjnene lukket, indtil sprayeren har lagt sig.
- **Undgå** al skadelig eller irriterende damp og røg, mens du bruger linser.
- **Skyl aldrig** dine linser i vand fra vandhanen. Vand fra vandhanen indeholder mange urenheder, som kan kontaminere eller beskadige dine linser og medføre øjeninfektion eller -skade.

Aktivitet i vand

- Undlad at udsætte dine kontaktlinser for vand, mens du har dem i øjnene.

Linsevæske til smøring eller genfugtning

- Din øjenspecialist kan anbefale en linsevæske til smøring/genfugtning til dig. Disse linsevæsker kan bruges til at fugte (smøre) dine linser, mens du bruger dem.
- **Brug ikke** spyt eller andet end de anbefalede linsevæsker til at smøre eller genfugte dine linser. Put ikke linserne ind i din mund.

Deling af linser

- **Lad aldrig** andre bruge dine linser. Deling af linserne øger kraftigt risikoen for øjeninfektioner.

Overholdelse af de ordinerede brugs- og udskiftningsplaner

- **Brug aldrig** dine linser længere end anbefalet af din øjenspecialist.
- **Kassér altid** dine linser som anbefalet af din øjenspecialist.
- Alle brugte produkter eller affaldsmaterialer skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale krav.

FJERNELSE AF LINSERNE

FORSIGTIG: Kontrollér altid, at linsen sidder på hornhinden (den gennemsigtige kuppel foran på øjet), inden du forsøger at fjerne den. Fastslå dette ved at dække det andet øje. Hvis dit syn er sløret, sidder linsen enten på den hvide del af øjet eller er slet ikke i øjet. For at finde linsen skal du undersøge det øvre område af øjet ved at kigge nedad i et spejl samtidig med, at du løfter øjenlåget opad. Undersøg derefter den nedre del ved at trække det nederste øjenlåg ned.

Vask, skyl og tør dine hænder grundigt. Du skal altid følge den metode, du har fået anbefalet af din øjenspecialist. Herunder ses et eksempel på én metode:

Knibemetoden:

Trin 1. Kig opad, skub linsen til den nederste del af øjet ved hjælp af pegefingren.

Trin 2. Knib forsigtigt linsen mellem din tommel- og pegefingre.

Trin 3. Tag linsen ud.

BEMÆRK: Det er vigtigt for din øjesundhed, at linsen kan bevæge sig frit på dit øje. Hvis linsen sidder fast (holder op med at bevæge sig) på dit øje, skal du påføre nogle få dråber af den anbefalede genfugtningsevæske. Vent, til linsen begynder at bevæge sig frit på øjet, inden du fjerner den. Hvis linsen stadig ikke bevæger sig, skal du omgående kontakte din øjenspecialist.

NØDSITUATIONER: Hvis du får kemikalier af nogen art (husholdningsprodukter, haveopløsninger, laboratoriekemikalier osv.) i øjnene: SKYL ØJEBLIKKELT ØJNENE MED VANDHANEVAND, OG KONTAKT OMGÅENDE DIN ØJENSPECIALIST, ELLER TAG PÅ SKADESTUEN MED DET SAMME.

6. INDBERETNING AF BIVIRKNINGER

Alle hændelser, der opleves, mens du bruger ACUVUE® Brand kontaktlinser, skal indberettes til fabrikanten og/eller dennes autoriserede repræsentant og/eller dine nationale myndigheder.

Fremstillet af:



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA
IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Se oprindelseslandet på pakken. Hele adressen er anført ovenfor.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

© Johnson & Johnson Vision Care Companies. Revisionsdato: 06/2021
Følgende symboler kan forekomme på etiketter eller pakker.

Symbol	Definition
	Forsigtig, se brugsvejledningen
	Fabrikant
	Fremstillingsdato
	Sidste anvendelsesdato (udløbsdato)
	Batchkode
	Steriliseret med dampvarme
	Må ikke genbruges (engangsbrug)
	Må ikke bruges, hvis pakken er beskadiget
	Affaldsavgift betalt
	Medicinsk udstyr i den Europæiske Union
	Angiver et enkelt sterilt barriersystem
	FORSIGTIG: Dette produkt må ifølge amerikansk lov kun sælges af eller efter ordination af autoriseret øjenspecialist
	UV-blokering
	Autoriseret repræsentant i den Europæiske Union
	CE-mærke og identifikationsnummer på bemyndiget organ
	Diameter
	Basiskurve
	Dioptri (linsestyrke)
	Cylinderstyrke
	Axis
	Højeste nær-addition, som kan korrigeres
	"Lav" nær ADD
	"Mellem" nær ADD
	"Høj" nær ADD
	NATURAL SHIMMER™
	NATURAL SPARKLE™
	NATURAL SHINE™
	Linsen vender rigtigt
	Linsen vender forkert (linsen har indersiden ud)
	"Identifikationsmærke" for papirbeholdere og emballage
	"Identifikationsmærke" for kompositmateriale
	Åbning af pakke (æske)
	Indeholder farlige stoffer
	Importør

LESID VANDLEGA OG GEYMD TIL HLÍÐSJÓNAR SÍÐAR. ACUVUE® SNERTILINSUR ERU LÆKINGTÆKI OG AUGNSÉRRÆÐINGUR SKAL ÁVALLT SETJA ÞÆR Í FYLGJÓÐ ÁVALLT LEIÐBEINGUM AUGNSÉRRÆÐINGA OG FYRIRMÆLUM Á ÞESSU BLÁDI.

Vöruheiti	Efni	Vökvi í umbúðum	Skipulag notkunar
1-DAY ACUVUE® Brand Contact Lenses	etafilcon A	1	1 dags
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses	etafilcon A	3	1 dags
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 dags
1-DAY ACUVUE® TruEye® Brand Contact Lenses 4	narafilcon A	2	1 dags
1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON®	etafilcon A	3	1 dags
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM	etafilcon A	3	1 dags
ACUVUE® OASYS Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM with HydraLuxe™ 4	senofilcon A	2	1 dags
1-DAY ACUVUE® MOIST Brand MULTIFOCAL Contact Lenses	etafilcon A	3	1 dags

Lykill: **Vökvi í umbúðum:** 1) Bóratstillt saltlausn 2) Bóratstillt saltlausn með metýlether sellulósa 3) Bóratstillt saltlausn með póvidóni. **Innihald vöru:** 1) Linsunni er silíkon sem uppfyllir kröfur staða um gleypni útfjólubláa geisla (flokkur 1) þar sem innan við 1% UVB (280-315nm) og innan við 10% UVA (315-380nm) er hleypt í gegn. Allar aðrar ACUVUE® vörur uppfylla kröfur staða um gleypni útfjólubláa geisla (flokkur 2) þar sem innan við 5% UVB og 50% UVA er hleypt í gegn.

Börót (bóratýra og natríumbórat) eru skilgreind sem CMR 1B efnasambönd í styrk yfir 0,1% massahlutfalli og eru örugg þegar þau eru notuð samkvæmt leiðbeiningum á merkimiðaðu.

Ekki er víst að allar tilgreindar vörur fái stöðluð þínu landi. Gætið að hvaða vörur eru í boði í landinu. www.acuvue.com

1. VÖRULÝSING OG FYRIRHUGJÓÐ NOTKUN

Á þessu bláði er vísað til ACUVUE® daglinsa sem nota á í skemtri tíma en sólarhring á vökutíma. Augnsérræðingurinn á að ávisa linsunum og ákveða skipulag notkunar þeirra. Linsurnar þarf hvorki að hreinsa né sótthreinsa og þeim á að farga þegar þær eru teknar úr.

- Daglinsa ACUVUE® hvolfsnertilinsur eru ætlaðar til daglegra nota til leiðréttingar nærsýni og fjarsýni hjá einstaklingum með heilbrigði augu og sjónskekkingu sem er ekki meiri en 1,00D.
- 1-DAY ACUVUE® DEFINE® Brand Contact Lenses with LACREON® er einnig ætlað að breyta/skerpa útlit augans.
- Daglinsa ACUVUE® Brand Contact Lenses for ASTIGMATISM eru ætlaðar til daglegrar notkunar og að leiðrétta nærsýni og fjarsýni hjá þeim sem eru með heilbrigði augu og sjónskekkingu.
- Eins dags ACUVUE® Brand Contact Lenses for PRESBYOPIA er ætlað til daglegra nota til leiðréttingar nærsýni og fjarsýni hjá einstaklingum með aldurstengda fjarsýni, með heilbrigði augu og sjónskekkingu sem er ekki meiri en 0,75D.

EKKI VERA MED LINSURNAR Á MEDAN SOFID ER.

Í öllum einnota ACUVUE® snertilinsum er efni sem kemur í veg fyrir að útfjólublátt ljós komist í gegn til að veita vörn gegn hættulegum útfjólubláum geislum á hornhimnuna og inn í augað.

VARNADARORÐ: SNERTILINSUR SEM GLEYPJA Í SIG ÚTFJÓLUBLÁTT LJÓÐ KOMA EKKI Í STAÐ AUGNBÚNAÐAR SEM DREGUR Í SIG ÚTFJÓLUBLÁA GEISLA EINS OG HLÍÐFARGERAUGU Eða SÓLGERAUGU, vegna þess að þær hylja ekki að öllu leyti augað og aðliggjandi svæði. Notast skal áfram við augnbúnað sem dregur í sig útfjólubláa geisla eins og mælt er fyrir um.

ATHUGIÐ: Langtíma útsetning fyrir útfjólubláum geislum er einn af áhættuþáttum sem tengjast dregi. Útsetning ræðst af nokkrum þáttum eins og umhverfisskiptingum (hæð yfir sjávarmáli, landslag, skjáhula) og persónulegum þáttum (hve mikil og hvers eðlis útiveran er). Snertilinsur sem stöðva útfjólublátt ljós veita vörn gegn hættulegri útfjólubláa geislum. Þó hafa ekki verið gerðar klínískar rannsóknir sem sýna að með því að nota snertilinsur sem stöðva útfjólublátt ljós sé dregið úr hættu á dregi eða öðrum augnkvillum. Hafid samband við augnsérræðinginn til að fá meiri upplýsingar.

2. FRÁBENDINGAR (þegar linsurnar eru ekki í notkun)

Þegar snertilinsur eru notaðar við LJÓSBROTSSKEKKJU, SKAL EKKI NOTA þær ef einhver eftirtalinn kvilla er til staðar:

- Bólga eða sýking í eða í kringum augað eða augnok.
- Augnjúkdómur, meiddli eða galli sem hafa áhrif á hornhimnuna, augnslímhúðina eða augnlokin.
- Áður greindur kvilli sem veldur því að óþægilegt er að vera með snertilinsur.
- Mikill augnþurrkur.
- Snertiskynsminnkun glæru.
- Altækur sjúkdómur sem hefur áhrif á augað eða kann að versna við það að vera með snertilinsur.
- Ofnæmisviðbrögð á yfirborði augans eða aðliggjandi vefja sem kunna að koma fram eða versna við það að vera með snertilinsur eða við notkun vökva fyrir snertilinsur.
- Virki augnsýking (af völdum baktería, sveppa, frumdyra eða veira).
- Ef augun verða rauð eða ert.
- Ertling í auga sem verður vegna ofnæmisviðbragða við innihaldsefnum vökva fyrir snertilinsur (þ.e. rakagefandi dropa). Slíkir vökvar kunna að innihalda kemísk efni eða rotvarnarefni (eins og kvikasilfur, thimerosal o.s.frv.) sem getur leitt til ofnæmisviðbragða hjá sumum.

3. VARNADARORÐ - Upplýsingar sem notandi þarf að vita um notkun snertilinsa:

AUGNKVILLAR, ÞAR MED TALIN SÁRGLÆRUBÓLGA, GETA MYNDAST FLJÓTT OG ORÐID TIL ÞESS AD SJÓN SKERÐIST. EF NOTANDI ER MED EINHVER EFTIRFARANDI EINKENNI:

- Óþægindi í auga - Sjónskerðing
- Óþöflig tármyndun - Blóðhlaupin augu
- Breytingu á sjón

ÞÁ SKAL TAKA LINSURNAR STRAX ÚR OG HAFJA TAFARLAUST SAMBAND VIÐ AUGNSÉRRÆÐINGINN.

- Þessum linsum er ávísað til daglegra nota og þær eru einnota. Rannsóknir hafa sýnt að einnota daglinsur draga úr hættu á sumum kvillum, þar á meðal óþægindum og bólgu sem tengjast meðferð og meðhöndlun linsa, þar sem margnota linsur geta aukid hættu á þeim kvillum.
- Einnota linsur sem ávísað er til daglegra nota á ekki að nota í svefni. Klínískar rannsóknir hafa sýnt að hætta á alvarlegum augnkvillum (þ.e. sáráglærubólgu) eykst þegar sofð er með linsur.

- Rannsóknir hafa sýnt að þær sem nota snertilinsur og reykja eru oftar með augnkvilla (sáráglærubólgu) en þær sem ekki reykja.
- Vandamál með snertilinsur eða vörur til að sinna þeim gætu leitt til alvarlegra meiddla í auga.
- Rétt notkun og meðhöndlun snertilinsanna og vörur fyrir meðhöndlun þeirra eru mjög mikilvægur svo hægt sé að nota slíkt með öruggum hætti.
- Hægt er að draga úr heildaráhættu af alvarlegum augnkvillum (þ.e. sáráglærubólgu) með því að fylgja vandlega leiðbeiningum um slit og förgun linsa.
- EKKI MÁ** láta linsur komast í snertingu við vatn meðan þær eru í notkun. Í vatni geta verið örverur sem geta leitt til alvarlegrar sýkingar, sjónskerðingar eða blindu. Ef linsurnar hafa farið í vatn í vatnsþróttum eða sundlaugum, heitum pottum, vötnum eða sjó, skal farga þeim og setja í nýjar. Biðjið augnsérræðinginn um ráðleggingar um hvernig skuli nota linsurnar þegar verið er nálægt vatni.

¹ New England Journal of Medicine, 21. september, 1989; 321 (12), bls. 773-783

4. VARÚÐARREGLUR

- EKKI MÁ** nota linsurnar ef sótthreinsuð þynnupakkningin er opin, skemmd eða komin fram yfir gildistíma.
- Þegar notandi fær linsurnar í fyrsta sinn skal ganga úr skugga um að hann geti sett linsurnar í og tekið þær úr (eða haft einhvern tiltækan sem getur tekið linsurnar úr) áður en farið er frá AUGNSÉRRÆÐINGNUM.
- ALDREI** skal nota flísatöng eða önnur verkfæri til að taka linsurnar úr ílát sínu.
- Munið að byrja alltaf á sama auga.
- Verið ávallt viss um að linsan sé í auganu og að sjónin sé skýr áður en byrjað er tala úr.

Almennar varúðarreglur:

- Vegna þess hve fjár sjúklingar taka þátt í klínískum rannsóknum á linsum, er mat allra brotstuðla, samskipunar hönnunar eða þátta sem eiga við um linsur, ekki byggt á marktækum fjölda. Þar af leiðandi þarf augnsérræðingurinn að huga að öllum eiginleikum linsunnar við val á viðeigandi linsuhönnun og breytilegum þáttum, sem gætu haft áhrif á virkni linsunnar og heilbrigði augans, þar með talið súrefnisgegnræpi, vætunarhæfni, þykkt í miðju og til hlíðar og þvermál sjónsvæðis. Möguleg áhrif þessara þátta á augnheilbrigði sjúklings þarf að veita vandlega á móti þörf sjúklings fyrir sjónleiðréttingu og þar af leiðandi þarf augnsérræðingur að fylgjast vandlega með augnheilbrigði sjúklings og virkni linsunnar í auganu.
- Ef snertilinsur eru notaðar til að leiðrétta aldurstengda fjarsýni með skiptisjón eða margskiptingu, er **ekki víst** að takist að ná fram bestu skerpuleiðréttingu hvorki fyrir nær- eða fjarsýni. Sjónþarfir fólks eru mismunandi og því þarf augnsérræðingurinn að ákveða í samvinnu við notandann hvaða tegund linsu hentar.
- Augnsérræðingar eiga að segja sjúklingnum að taka linsurnar strax úr ef augun verða rauð eða hann finnur fyrir ertingu.
- Hafid ávallt** samband við augnsérræðinginn áður en lyf eru sett í augun.
- Gætið að því** að ákveðin lyf, eins og andhistamin, nefstífueyðandi lyf, þvagræsilyf, vöðvaslakandi lyf, róandi lyf og ferðaveikilyf kunna að valda þurrki í auga, aukinni tilfinningu fyrir linsunni eða þokusýn. Ávallt skal upplýsa augnsérræðinginn um einkenni sem koma fram á meðan slíkt lyf eru tekin.
- Gætið að því** að ef teknar eru getnaðvarnarpillur, gætu orðið breytingar á sjón eða þægindum á meðan gengið er með linsur.
- EKKI** skal skipta um tegund linsu (t.d. vörumerki o.s.frv.) eða breyta þáttum (t.d. þvermál, veltibraut, styrk linsu o.s.frv.) án þess að ráðfæra sig við augnsérræðinginn.
- Hafid ávallt** til taks nothæf gleraugu með gildandi tilvisuðum styrk ef ekki verður hægt að nota snertilinsur, eða við aðstæður þar sem notkun snertilinsa er ekki ráðlögð.
- Sama gildir hér og um allar aðrar snertilinsur að eftirfylgni hjá sérfræðingi er nauðsynleg til að tryggja heilbrigði augnanna. Spyrið augnsérræðinginn um hversu oft þarf að koma til eftirlits.

5. AUKAVERKANIR (hlíðarverkanir) - möguleg vandamál og hvað skal gera

Gætið að því að upp geta komið vandamál þegar snertilinsur eru notaðar og því kunna að fylgja eftirfarandi einkenni:

- Brunatilfinning, stingur, kláði og/eða augnþurrkur.
- Minnkuð þægindi af linsunni eða tilfinning um aðskotahlut í auga.
- Bólga eða sýking í eða umhverfis augun.
- Blóðhlaupin augu.
- Vandamál í augnlokum.
- Aukið tárarensli og/eða óvenjulegt seyti í auga.
- Oskyr sjón eða þokusýn.
- Regnbogar eða geislabaugar umhverfis hluti.
- Næmni fyrir ljósi (ljósfælni).
- Það kann að vera möguleiki á einhverri tímabundinni skerðingu vegna jaðarlægrar íferðar, jaðarlægra sára á hornhimnu og eyðingar hornhimnu. Það kann að vera möguleiki á öðrum lífeðlisfræðilegum viðbrögðum eins og staðbundnum eða almennum bjúg, æðanýmndun, glærulettum, blóðfyllingu, óeðlilegum trefjaleppum, lithimnubólgu og tárubólgu, en sumt af því er klínískt ásætlanlegt í litlum mæli.

Ef eitthvað af ofangreindu kemur fram getur verið til staðar alvarlegur augnkvilli. **TAKA SKAL LINSURNAR ÚR TAFARLAUST** og fara til augnsérræðingsins strax til að hægt sé að finna vandamálið og bregðast við, ef þörf krefur, til að forðast að skaða augað alvarlega.

Kennsl borin á vandamálið og hvað skal gera

Notandi skal beita einföldu þrískiptu prófi a.m.k. einu sinni á dag. Spyrið sig:

- Hvernig er linsan í auganu?
- Hvernig líta augun út?
- Hefur sjónin breyst?

Ef tekið er eftir einhverjum vandamálum skal TAKA LINSURNAR ÚR STRAX. Ef vandamálið eða óþægindin hverfa skali farga linsunni og setja nýja í augað. Ef vandamálið kemur aftur fram þegar ný linsur er komin í SKAL TAKA HANA STRAX ÚR OG HAFJA SAMBAND VIÐ AUGNSÉRRÆÐINGINN.

LEIÐBEINGAR UM NOTKUN

Þegar notandi fær linsurnar í fyrsta sinn skal ganga úr skugga um að hann geti sett linsurnar í og tekið þær úr (eða haft einhvern tiltækan sem getur tekið linsurnar úr) áður en farið er frá augnsérræðingnum.

EKKI MÁ nota linsurnar ef sótthreinsuð þynnupakkningin er opin, skemmd eða komin fram yfir gildistíma.

1. skref: Hafist handa

- Það skiptir sköpum að temja sér að hafa hreinlæti í fyrirrúmi við meðhöndlun og meðferð nýju linsanna. Hreinlæti er mikilvægast þátturinn við rétta meðferð snertilinsanna. Einkum þurfa hendur að vera hreinar, þurrar og lausar við sæpu, smyrsl eða krem áður en linsurnar eru handteknar. Áður en hafist er handa:
- Þvoiid alltaf** hendurnar vandlega með volgu vatni og mildri sæpu, skolið síðan vandlega og þurrkið með kuskrú handklæði áður en linsurnar eru snertar til að draga úr möguleika á að fá sýkingu.
- Forðist að nota sæpu með hreinskremi, húðkrem eða snrytvörur áður en linsurnar eru meðhöndlaðar. Þau efni gætu komist í snertingu við linsurnar og komið í veg fyrir rétta virkni þeirra. Best er að setja linsurnar í fyrir fördun.

2. skref: Pakkinn opnaður

Gangið ávallt úr skugga um að eiginleikar linsunnar (t.d. þvermál (DIA), veltibraut (BC), styrkur linsu (D), o.s.frv.) sem prentað er á fjölpakkninguna og á pakkningu hverrar linsu séu þeir sömu og á tilvisuninni. NOTIÐ EKKI ef það er ósamræmi.

Fjölþakning

Í hverri fjölþakningu eru linsur í stökum þakningum. Hver linsa er í eigin plastpakka með álloki, sem er gerður sérstaklega til að halda linsunni sótthreinni á meðan þakinn er grofinn.

Linsupakki

Fylgið eftirfarandi einföldum leiðbeiningum við að opna stakan linsupakka:

1. Hristið linsupakkann og athugið hvort linsan fljóti í vökvunum.
2. Flettið állokina varlega af svo linsan sjáist.
3. Setjið fingur á linsuna og rennið henni upp hlið ílatsins sem hún er í þar til hún er laus frá ílátinu. Stöku sínum kann að vera að linsan sé föst við yfirborð álloksins þegar þakinn er opnaður eða við plastílatið sjálf. Það hefur ekki áhrif á sótthreinsun linsunnar. Það er ennþá alveg öruggt að nota linsuna. Takið linsuna varlega upp og skoðið samkvæmt leiðbeiningunum.

Ábendingar um meðferð linsu

- Haldið á linsunni með fingurgómunum og forðist að láta hana snerta neglurnar. Það er auðveldara að gera það ef neglurnar eru stuttar og sléttar.
- Þegar búið er að taka linsuna úr þakningu skal skoða hana til að ganga úr skugga um að þar sé stök, rök og hrein linsa sem er hvorki rifin eða skemmd. Ef linsan virðist skemmd SKAL EKKI nota hana.

3. skref: Linsan sett á augað

Þegar búið er að opna linsupakkann og skoða linsuna, skal fylgja þessum leiðbeiningum til að setja linsuna í augað.

1. GÆTIÐ ÞESS AÐ LINSAN SÉ EKKI Á RÖNGUNNI með því að ýmist:
 - Setja linsuna fremst á vísifingur og skoða hvernig hún lítur út á hlið. Linsan á að vera eðlilega ávöl eins og skál. Ef brúnir linsunnar benda út á við er hún á röngunni.
 - Kreistið linsuna varlega á milli þumals og vísifingurs. Brúnirnar eiga þá að snúast inn á við. Ef linsan er öfug beinast brúnirnar út á við.
 - Setjið linsuna fremst á göm vísifingurs og horfið upp undir linsuna og finnið tölurnar 1-2-3. 1-2-3 gefur til kynna að linsan snúi rétt, en ef tölurnar snúa öfugt er linsan öfug. Ef linsan snýr öfugt (öfugir 1-2-3), snúði linsunni og finnið tölurnar aftur til að gæta hvort linsan snúi rétt. Athugið að merkingin 1-2-3 er ekki á öllum ACUVUE® linsum.
2. Hafið linsuna á vísifingri, haldið efra augnloki uppi með hinni hendinni til að blikka ekki.
3. Togið niður neðra augnlokið með hinum fingrum sömu handar.
4. Horfið upp og setjið linsuna mjúklega á hvíta hluta neðri hluta augans.
5. Slepjið augnlokina hægt og lokið auganu smástund.
6. Blikkið nokkrum sinnum til að koma linsunni fyrir í miðjunni.
7. Beitið sömu aðferð við að koma linsunni fyrir í hinu auganu.

Til eru aðrar leiðir til að koma linsunum fyrir. Ef þessi aðferð reynist illa skal leita til augnsérfræðingsins um aðra aðferð.

4. skref: Linsan miðjuð

Linsa sem er á hornhimnunni (hreint hvolf framan á auganu) færast varla nokkurn tíma yfir á hvíta hluta augans við notkun. Það getur þó gerst ef linsan er ekki sett í og tekin úr með réttum hætti. Til að miðja linsu skal fylgja annarri hvorri þessara aðferða:

- Lokið augunum og nuddið linsuna varlega á sinn setja í gegnum lokuð augnlokni.

EDA

- Færið linsuna sem er fyrir utan hornhimnuna (miðju augans) á meðan augað er opið með því að ýta með hreinum fingrinum á brún eða neðra augnloksins.

Útlitslinsur og sjónræn einkenni

Linsur sem eru lítaðar kunna að hleypa í gegn minna ljósi en aðrar linsur. Því kunna að koma fram sjónræn einkenni við notkun þeirra (þ.e. að mynstur linsunnar sjáist í hliðarsjóninni).

Hættuleg skilyrði

- Ef notaðar eru úðavörur, eins og háruði, á meðan linsur eru í augunum, skal hafa augun lokuð uns úðinn er farinn.
- Forðist allar skaðlegar og ertandi gufur og reyk þegar gengið er með linsur.
- Aldrei má hreinsa linsurnar í kranavatni. Í kranavatni geta verið óhreinindi sem gætu mengað eða skemmt linsurnar og geta valdið augnsýkingu eða meiðslum.

Verið í vatni

- Ekki má láta vatn komast á snertilinsurnar þegar verið er að nota þær.

Mýkjandi/rakagefandi vökvar

- Augnsérfræðingurinn kann að mæla með því að þú notir mýkjandi/rakagefandi vökva. Slíka vökva má nota til að bleyta (mýkja) linsurnar á meðan þær eru í auganu.
- Ekki nota munnvatn eða neitt annað en vökva sem mælt er með til að mýkja eða veita linsunum raka. Ekki setja linsurnar í munninn.

Linsum deilt

- Notandi skal aldrei leyfa öðrum að nota linsur sínar. Ef linsur er deilt eykur það stórlega hættu á augnsýkingum.

Farið eftir ráðlögðu skipulagi við notkun og þegar skipt er um linsur

- Aldrei nota linsurnar lengur en þann tíma sem augnsérfræðingurinn mælir með.
- Fargið alltaf linsunum eins og augnsérfræðingurinn mælir fyrir um.
- Farga skal öllum ónotuðum vörum eða úrgangi í samræmi við reglur á hverjum stað.

LINSUR TEKNAR ÚR

VARAORÐ: Gætið ávallt að því að linsan sé á hornhimnunni (hreint hvolf framan á auganu) áður en hún er tekin af. Það sést með því að hylja annað augað. Ef sjónin er þokukennnd er linsan annað hvort á hvíta hluta augans eða ekki á auganu. Til að finna linsuna skal skoða efri hluta augans með því að horfa niður í spegil um leið og efra augnlokina er ýtt upp. Skoðið síðan lægra svæðið með því að toga neðra augnlokið niður.

Þvoið, skolið og þurrkið hendurnar vandlega. Fylgja skal þeirri aðferð sem augnsérfræðingurinn mælir með. Eftirfarandi er dæmi um aðferð:

Klípiáðferðin:

1. skref. Horfið upp, rennið linsunni á neðri hluta augans með vísifingri.
2. skref. Klípið linsuna varlega á milli þumals og vísifingurs.
3. skref. Takið linsuna úr.

ATHUGIÐ: Það er mikilvægt fyrir augnheilsuna að linsan sé laus á auganu. Ef linsan er föst (hreyfist ekki) á auganu, skal setja nokkra dropa af ráðlögðum rakagefandi vökva. Biðið þar til linsan fer að hreyfast óhindrað á auganu áður en hún er tekin úr. Ef linsan hreyfist samt ekki skal hafa strax samband við augnsérfræðinginn.

NEYÐARTILVIK: Ef notandi fær kemisk efni (vörur notaðar á heimilinu, garðblöndur, efni fyrir rannsóknarstofur) í augun: SKOLIÐ AUGUN STRAX MEÐ KRANAVATNI OG HAFIÐ STRAX SÁMBAND VIÐ AUGNSÉRFRÆÐINGINN EÐA FARIÐ Á NEYÐARMÓTTÖKU TAFARLAUST.

6. TILKYNNINGAR UM AUKAVERKANIR (hliðarverkanir)

Öll tilvik sem koma fram við notkun ACUVUE® Brand Contact Lens skal tilkynna framleiðandanum og/ eða viðurkendum fulltrúa hans og/eða yfirvöldum á staðnum.

Framleiðandi:



USA: Johnson & Johnson Vision Care, Inc.,
7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida, 32256, USA

IRELAND: Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, The National Technology Park, Limerick, Ireland

Framleiðsluland er tilgreint á öskjunni. Fullt heimilisfang kemur fram hér fyrir ofan.



AMO Ireland, Block B, Liffey Valley Office Campus,
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland
www.acuvue.com

©Johnson & Johnson Vision Care Companies. Dagsetning endurskoðunar textans: 06/2021
Eftirfarandi tákn kunna að vera á merkingum og umbúðum.

Tákn	Skilgreining
	Varúð, fylgið notkunarleiðbeiningum
	Framleiðandi
	Framleiðsludagsetning
	Notist fyrir (fyrirgangardagsetning)
	Lotukóði
	Sótthreinsað með heitri gufu
	Ekki nota aftur (einnota)
	Notið ekki ef þakningin er skemmd
	Greitt er úrvinnslugjald
	Lækningatæki í Evrópusambandinu
	Segir til um einfalt sótthreinsikerfi
	VARÚÐ: Bandarísk alríkislög takmarka sölu og pöntun á þessum búnaði við heilbrigðisstarfsmenn
	Lokar fyrir útfjólublátt ljós
	Viðurkennur fulltrúi í Evrópusambandinu
	CE-merking og kenninúmer tilkynnts aðila
	Þvermál
	Veltibraut
	Ljósbrotsseining (dioptré) (styrkur linsu)
	Styrkur sjónskekkju
	Öxulgildi (Axis)
	Hámark aukningar (ADD) sem hægt er að leiðrétta
	„Lág“ aukning (ADD)
	„Miðlungs“ aukning (ADD)
	„Há“ aukning (ADD)
	NATURAL SHIMMER™
	NATURAL SPARKLE™
	NATURAL SHINE™
	Afstaða linsu rétt
	Afstaða linsu röng (linsan á röngunni)
	„Kennimark“ á pappírslát og umbúðir
	„Kennimark“ á samsett efni
	Pakki opnaður (askja)
	Inniheldur hættuleg efni
	Innflytjandi